

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» ноября 2021 г. № 2441

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы температуры 0 разряда в диапазоне значений от минус 196°С до 660,323 °С	• Прибор вторичный прецизионный Fluke серии 159, мод. 1595A Super-Thermometer, зав. № B1B067; • Печь для воспроизведения реперных точек Fluke 9114, зав. № B07191; • Печь для воспроизведения реперных точек Fluke 9114, зав. № B4C277; • Печь для воспроизведения	3.1.ЗБЯ.1500.2021	24	ПрС- 3.1.ЗБЯ.1500.2021	ФБУ «Самарский ЦСМ», 6311012306

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		реперных точек Fluke 9114, зав. № B6A297; • Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-650Н, зав. № 21-2001; • Ампла для реализации тройной точки воды ТТВ, зав. № 0/77; • Ампла для реализации тройной точки воды ТТВ, зав. № 0/78; • Ампла для реализации реперной точки плавления галлия Fluke 5943, зав. № 43130; • Ампла для реализации реперной точки индия Fluke 5904, зав. № 04044; • Ампла для реализации реперной точки затвердевания олова Fluke 5905, зав. № 05078; • Ампла для реализации реперной точки затвердевания цинка Fluke 5906, зав. № 06080; • Ампла для реализации реперной точки затвердевания алюминия Fluke 5907, зав. № 07130; • Ампла для реализации реперной точки индия Fluke 5944, зав. № 44040; • Ампла для реализации				
--	--	---	--	--	--	--

		реперной точки затвердевания олова Fluke 5945, зав. № 45070; • Ампула для реализации реперной точки затвердевания цинка Fluke 5946, зав. № 46078; • Ампула для реализации реперной точки затвердевания алюминия Fluke 5947, зав. № 47075; • Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М, зав. № 2454; • Термометр сопротивления эталонный ЭТС-25, зав. № 062; • Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М, зав. № 2283; • Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М, зав. № 2430; • Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М, зав. № 108; Вспомогательные технические средства: • Термостат жидкостный				
--	--	---	--	--	--	--

		серии 7000, мод. 7312, зав. № В24306; • Сосуд криогенный СК-6, зав. № 244; • Сосуд Дьюара для жидкого азота серии Rtplus Rtplus-35-50, зав. № 2341.				
--	--	--	--	--	--	--