

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» ноября 2021 г. № 2443

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 2 разряда единиц длины в диапазоне значений от $2,0 \cdot 10^{-8}$ до $5,0 \cdot 10^{-3}$ м, единиц скорости в диапазоне значений от $2,5 \cdot 10^{-4}$ до $3,8 \cdot 10^{-1}$ м/с и единиц ускорения в диапазоне значений от $5,0 \cdot 10^{-2}$ до 196 м/с ² при прямолинейном колебательном движении твердого тела в диапазоне частот от 0,7 Гц до 10 кГц	- Виброустановка калибровочная портативная 9110D, зав. № 11055; - Виброустановка калибровочная портативная 9210D, зав. № 30244; - Вольтметр универсальный АКИП-2101/2, зав. № NDM36FAQ1R0001; - Генератор	3.1.ZZB.0403.2021	24	ПрС- 3.1.ZZB.0403.2021	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ИНН 7809022120

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		сигналов специальной формы АКИП-3418/1, зав. № NDG2XCAC2R0182 ; • Устройство для поверки преобразователей вихретоковых в статическом режиме УПД, зав. № 008-10; • Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный NI 4431, зав. № 1С83825; Вспомогательные технические средства: • Оснастка для вибростендов «9100-MPPA01 Proximity Probe Adaptor Kit» для установки токовых вихретоковых датчиков, зав. № б/н.				
--	--	--	--	--	--	--