

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» ноября 2021 г. № 2449

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы активности радионуклида Pu-238 2 разряда с номинальным значением $7,05 \cdot 10^2$ Бк, единицы активности радионуклида Pu-239 2 разряда с номинальным значением $6,78 \cdot 10^2$ Бк	Источник альфа- излучения, зав. № 11045	3.1.ZCE.1521.2021	24	ПрС- 3.1.ZCE.1521.2021	ФБУ «УРАРТЕСТ», 6662005668

¹ МАИ – межаттестационный интервал