

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» ноября 2021 г. № 2489

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 4 разряда единицы электрического сопротивления постоянного тока номинального значения 250 Ом	Мера электрического сопротивления Р3030, зав. № 2550	3.1.ЗАБ.1709.2021	12	ПрС- 3.1.ЗАБ.1709.2021	ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», ИНН 0278002498

¹ МАИ – межаттестационный интервал