

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» ноября 2021 г. № 2491

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 60 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 60 м ³ /ч	Установка поверочная ВПУ- Энерго-0060-00-ОР зав. № 0050.15.02, включающая: - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1400871; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1400869; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1400868.	3.7.АЖИ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖИ.0001.2021	ООО «ДЮГ и С», ИНН 5190311674

¹ МАИ – межаттестационный интервал