

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» ноября 2021 г. № 2492

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массы жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 2,5 т, единицы массового расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,166 до 2,5 т/ч	Установка поверочная «ПДУ-60», зав. № 01 включающая: • расходомер массовый Promass 83E, зав. № F80B9802000.	3.7.ABY.0002.2021	12	ПрС- 3.7.ABY.0002.2021	ООО «ТатАвтоматизация», ИНН 1644056149

¹ МАИ – межаттестационный интервал