

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» ноября 2021 г. № 2494

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационн ый номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 280 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 280 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УП- 280, зав. № 0001 включающая: - расходомер-счетчик электромагнитный «ЭЛЕМЕР-РЭМ», зав. № 1200321; - расходомер-счетчик электромагнитный «ЭЛЕМЕР-РЭМ», зав. № 1200320; - расходомер-счетчик электромагнитный «ЭЛЕМЕР-РЭМ», зав. № 1200322.	3.7.АБШ.0003. 2021	12	ПрС- 3.7.АБШ.0003.2021	ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ИНН 9102028499

¹ МАИ – межаттестационный интервал