

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» ноября 2021 г. № 2557

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Государственный рабочий эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от минус 50°С до плюс 100°С	• Источник теплового потока (излучатель) в виде модели абсолютно черного тела АЧТ, зав. № 008; • Термостат переливной прецизионный ТПП-1.3, зав. № 1021; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСРВ-1, зав. № 619; • Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, зав. № 090.	3.1.ZBJA.2064.2021	12	3.1.ZBJA.2064.2021	ФБУ «Тюменский ЦСМ», ИНН 7203004003

¹ МАИ – межаттестационный интервал