

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» ноября 2021 г. № 2569

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 750 В, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 10 А, электрической мощности 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 7500 Вт при номинальной частоте 50 Гц	- Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М, зав. № 064; - Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-121, зав. № 3214.	3.7.АЖТ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖТ.0001.2021	ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)», ИНН 6686007865

¹ МАИ – межаттестационный интервал