

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» ноября 2021 г. № 2571

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массового и объемного расходов жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 100 т/ч (м³/ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,0015 до 1,5 т (м³)	Установка поверочная автоматизированная Взлет ПУ зав. № 090022, включающая: • весы технические , Radvag WLS 20/A2, зав. № 270801/09; • устройство весоизмерительное, НВМ, зав. № 116042; • расходомер-счетчик электромагнитный, Взлет ТЭР, зав. № 1800086.	3.7.АЖУ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖУ.0001.2021	ООО «СК ЭнергоЭффект», ИНН 4825099767

¹ МАИ – межаттестационный интервал