

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» ноября 2021 г. № 2572

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 50 т/ч (м ³ /ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 1,3 до 4,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 50 до	Установка поверочная «Взлет ПУ» зав. № 110033, включающая: • весовое устройство ВУ-0,015Т, зав. № 327401/11; • весовое устройство ВУ-1,5Т, зав. № 126904; • весовое устройство ВУ-5Т, зав. № 130431; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 4300, зав. № A1159535; • расходомер электромагнитный	3.7.АЖФ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖФ.0001.2021	АО «Уренгойтеплогенерация-1», ИНН 8904057830

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	450 т/ч (м³/ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 450 м³, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 450 м³/ч	OPTIFLUX 4300, зав. № A12020799; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300, зав. № A12003268; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300, зав. № A1110918; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300, зав. № A1112022; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300, зав. № A1117228; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300, зав. № R18611226.				
--	--	---	--	--	--	--