

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» ноября 2021 г. № 2648

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,0003 до 330 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 330 м ³ /ч, единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 0,01 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УПА-270-00-0-ОР-А, зав. № 03	3.7.АДЯ.0002.2021	12	ПрС-3.7.АДЯ.0002.2021	ООО «Южный Метрологический Центр», ИНН 6168068546