

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» ноября 2021 г. № 2651

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда в диапазоне значений от 4000 до 6500 м/с	• Государственный стандартный образец ГСО-1 (МГС), зав. № 112; • Государственный стандартный образец ГСО-2 (МГП), зав. № 112; • Образец стандартный МД4-0-6, зав. № 112; • Образец стандартный МД4-0-9, зав. № 112; • Образец стандартный МД4-0-10, зав. № 112; • Мера дефектов МД2-0-Х-1, зав. № 112.	3.1.ЗБЭ.1103.2021	36	ПрС- 3.1.ЗБЭ.1103.2021	ФБУ «Кировский ЦСМ», ИНН 4346002168