

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» ноября 2021 г. № 2661

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 3,7 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 550 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 550 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 550 м ³ /ч	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ» зав. № 120038, включающая: • весоизмерительное устройство ВУ-0,015Т, зав. № 648348; • весовое устройство ВУ-1,5Т, зав. № 801136630; • весовое устройство ВУ-5Т, зав. № 801137734; • расходомер электромагнитный	3.1.ZTT.0026.2021	12	ПрС- 3.1.ZTT.0026.2021	Коломенский филиал ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249

		OPTIFLUX 5000F, зав. № A0639177; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 4300C, зав. № R20616963; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300C, зав. № R20616964; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300C, зав. № R20616965; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300C, зав. № R20616966.					
--	--	--	--	--	--	--	--