

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» декабря 2021 г. № 2769

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 0,01 до 0,93, единицы спектральной оптической плотности в диапазоне значений от 0,03 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм	Комплект светофильтров, КНФ-1, зав. № 02	3.7.ZBP.1141.2021	12	ПрС- 3.7.ZBP.1141.2021	Таганрогский филиал ФБУ «Ростовский ЦСМ», ИНН 6163000840

¹ МАИ – межаттестационный интервал