

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» декабря 2021 г. № 2777

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массы жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 20 т, единицы массового расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 50 т/ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 20 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 50 м ³ /ч	Установка поверочная РУ-50, зав. № 005, включающая: • счетчик-расходомер массовый CMF010M, DN15, зав. № 14226479; • счетчик-расходомер массовый CMF050M, DN15, зав. № 14236886; • счетчик-расходомер массовый CMF200M, DN50, зав. № 14240206	3.7.ГТГ.0009.2021	12	ПрС- 3.7.ГТГ.0009.2021	ЦБПО ПРНСиНО ПАО «Сургутнефтегаз», ИНН 8602060555

¹ МАИ – межаттестационный интервал