

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» декабря 2021 г. № 2778

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 3,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 600 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 м ³ /ч	Установка поверочная УПСЖ-600/ВМ, зав. № 056	3.7.ГГГ.0008.2021	12	ПрС- 3.7.ГГГ.0008.2021	ЦБПО ПРНСиНО ПАО «Сургутнефтегаз», ИНН 8602060555

¹ МАИ – межаттестационный интервал