

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «14» декабря 2021 г. № 2840

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,040 до 130 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,8 до 130 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная УЭМ-01, зав. № 02 включающая: • счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО-Фломак, DN80, зав. № 3441; • счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО-Фломак, DN25, зав. № 3449	3.7.АБР.0007.2021	12	ПрС- 3.7.АБР.0007.2021	ООО «Автоматизация и Метрология», ИНН 7203436719

¹ МАИ – межаттестационный интервал