

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» декабря 2021 г. № 2873

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Эталон единицы электрического напряжения постоянного тока 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 5 В, единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-4}$ до $2 \cdot 10^{-2}$ А, единицы электрического сопротивления 4 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 Ом, единицы частоты 4 разряда в диапазоне значений от 0,1 до $2 \cdot 10^4$ Гц	Калибратор унифицированных сигналов, BLACKBOX, зав. № 001	3.7.АЗА.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЗА.0001.2021	ООО «СНЭМА- СЕРВИС», ИНН 0278088368

¹ МАИ – межаттестационный интервал