

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «15» декабря 2021 г. № 2874

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона<br>единицы величины и его<br>обязательные и<br>метрологические<br>требования<br>(характеристики) | Состав эталона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                       | 5                            | 6                                     | 7                                                                                                                       |
| 1        | Рабочий эталон 2 разряда<br>единицы температуры в<br>диапазоне значений от<br>плюс 30°C до плюс 45°C                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Модель АЧТ-1, зав. № 029;</li><li>• Термометр сопротивления<br/>ТСПВ-1, зав. № 904;</li><li>• Измеритель температуры<br/>многоканальный<br/>прецизионный МИТ 8.15М<br/>rev.3, зав. № 086;</li><li>• Термостат переливной<br/>прецизионный ТПП-1, мод.<br/>ТПП-1.0, зав. № 322</li></ul> | 3.1.ZBT.1504.2021                                       | 12                           | ПрС-<br>3.1.ZBT.1504.2021             | ФБУ «Рязанский<br>ЦСМ»,<br>ИНН 6230004748                                                                               |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал