

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» декабря 2021 г. № 2878

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 600 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 м ³ /ч	- Расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/6000, зав. № 7ME611964812N129; - Расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/6000, зав. № 7ME611964712N129; - Расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 5100W/6000, зав. № 510802N129; - Расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 5100W/6000, зав. № 510702N129	3.7.АЖЭ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖЭ.0001.2021	ООО «РУСИНВЕСТ», ИНН 7705551779

¹ МАИ – межаттестационный интервал