

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» декабря 2021 г. № 2882

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы метеорологической оптической дальности в диапазоне от 10 до 50 000 м и от 0 до 100 %	• Комплект поверочный FDA13, зав. № H4110009; • Комплект поверочный FSA11, зав. № J0550058; • Комплект поверочный PWA12, зав. № H2540005; • Держатель фильтра FDA13; • Держатель фильтра FSA11; • Держатель фильтра PWA12	3.7.АЖЫ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖЫ.0001.2021	ФГБУ «Центральное УГМС», ИНН 7703782266

¹ МАИ – межаттестационный интервал