

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» декабря 2021 г. № 2894

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда номинального значения 6060 м/с, единицы длины номинальных значений 300; 400; 500 мм	• Калибровочный образец для поверки ультразвуковых толщиномеров КОУТ, зав. № 9 (образец толщины плоскопараллельной стальной в форме цилиндра с номинальными диаметром 98 мм и высотой 300 мм); • Калибровочный	3.1.ZGA.1707.2021	36	ПрС- 3.1.ZGA.1707.2021	ФБУ «Челябинский ЦСМ», ИНН 7453042996

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		образец для поверки ультразвуковых толщиномеров КОУТ, зав. № 10 (образец толщины плоскопараллельной стальной в форме цилиндра с номинальными диаметром 98 мм и высотой 400 мм); • Калибровочный образец для поверки ультразвуковых толщиномеров КОУТ, зав. № 11 (образец толщины плоскопараллельной стальной в форме цилиндра с номинальными диаметром 98 мм и высотой 500 мм).				
--	--	--	--	--	--	--