

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «16» декабря 2021 г. № 2895

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона единицы<br>величины и его обязательные и<br>метрологические требования<br>(характеристики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Состав эталона                                                                                                                                                                                                             | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                       | 5                            | 6                                     | 7                                                                                                                       |
| 1        | Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 3,7 т (м <sup>3</sup> ), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 550 т/ч (м <sup>3</sup> /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 550 м <sup>3</sup> , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 550 м <sup>3</sup> /ч | Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ» зав. № 120038, включающая:<br>• весоизмерительное устройство ВУ-0,015Т, зав. № 648348;<br>• весовое устройство ВУ-1,5Т, зав. № 801136630;<br>• весовое устройство ВУ-5Т, зав. № 801137734; | 3.1.ZTT.0026.2021                                       | 12                           | ПрС-<br>3.1.ZTT.0026.2021             | Коломенский филиал ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249                                                                 |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• расходомер<br/>электромагнитный<br/>OPTIFLUX 5000F,<br/>зав. № A0639177;</li> <li>• расходомер<br/>электромагнитный<br/>OPTIFLUX 4300C,<br/>зав. № R20616963;</li> <li>• расходомер<br/>электромагнитный<br/>OPTIFLUX 2300C,<br/>зав. № R20616964;</li> <li>• расходомер<br/>электромагнитный<br/>OPTIFLUX 2300C,<br/>зав. № R20616965;</li> <li>• расходомер<br/>электромагнитный<br/>OPTIFLUX 2300C,<br/>зав. № R20616966.</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|