

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» декабря 2021 г. № 2896

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы объемного расхода газа в диапазоне значений от 0,005 до 2,0 м ³ /ч и объема газа в диапазоне значений от 0,01 до 0,05 м ³	• Мерник колокольный газовый 2 разряда объема 0,05 м³, зав. № 02; Вспомогательные технические средства: • Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав. № 809282; • Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав. № 809280; • Микроскоп отсчетный мпб-2, ЗАВ. № 8805200; • Секундомер электронный Интеграл С-01, зав. № 724107.	3.1.ZTT.0027.2021	24	ПрС- 3.1.ZTT.0027.2021	ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249

¹ МАИ – межаттестационный интервал