

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» декабря 2021 г. № 2897

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 1,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 2 до 300 т/сут (м ³ /сут)	Установка поверочная УПС-500М2-01 зав. № 3, включающая: • весы платформенные электронные ВП, мод. ВПН-2-1, зав. № 53414.	3.7.ГГГ.0011.2021	12	ПрС- 3.7.ГГГ.0011.2021	Филиал «Макрорегион Юг» ООО ИК «СИБИНТЕК», ИНН 7708119944

¹ МАИ – межаттестационный интервал