

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» декабря 2021 г. № 2927

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 9,999 В с длительностью импульса от $5 \cdot 10^{-8}$ до 1 с	Генератор импульса точной амплитуды Г5-75, зав. № 12865	3.1.ЗБЧ.1313.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБЧ.1313.2021	ФБУ «Кузбасский ЦСМ», ИНН 4207007095

¹ МАИ – межаттестационный интервал