

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» декабря 2021 г. № 2984

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 2 разряда единицы виброускорения в диапазоне значений от 10 до 100000 м/с ² при частоте 4200 Гц	Поверочная виброустановка 2 разряда в составе: • генератор сигналов специальной формы SFG-2104, зав. № EJ901194; • милливольтметр GVT-427B, зав. № EI831174; • осциллограф GOS-620FG, зав. № EK851555; • вибропреобразователь B&K 8309, зав. № 30223; • резонансный вибростенд с усилителем мощности PBY-009, зав. № 02.	3.7.АЗВ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЗВ.0001.2021	АО «НПО ИТ», ИНН 5018139517

¹ МАИ – межаттестационный интервал