

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» декабря 2021 г. № 2991

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 1 разряда единицы спектральной чувствительности в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 А/Вт, от 1 до $1 \cdot 10^3$ В/Вт, от 0,01 до 1,0 отн.ед. в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,7 мкм	• Фотодиод кремниевый S-1337, зав. № 2; • Фотодиод германиевый Ge, зав. № 5; Вспомогательные технические средства: • Прибор комбинированный цифровой Ц300, зав. № 01159; • Мультиметр	3.1.ZTT.0028.2021	12	ПрС- 3.1.ZTT.0028.2021	ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		цифровой Agilent 34410A, зав. № МУ47011220; • Катушка электрического сопротивления Metra, зав. № 1073891; • Катушка электрического сопротивления Р310, зав. № 051513; • Монохроматор МДР-23, зав. № 870119; • Стенд оптический; • Источник питания постоянного тока БП40/30-ПУ; • Источник излучения КГМ 27-250, зав. № б/н; • Источник излучения ЛД(Д), зав. № 2; • Магазин электрического сопротивления МС-9-01/1, зав. № 313100.				
--	--	---	--	--	--	--