

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» декабря 2021 г. № 3024

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массы и объема жидкости в потоке 1 разряда с номинальным значением 0,119 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,9 до 794 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная «ВСП-М», зав. № 0201-U004241-1-1 включающая: • Контрольно-поверочное устройство (компакт-прувер), зав. № 0201-U004241-1-1; • Турбинный преобразователь расхода серии «Parity», зав. № 0112-U004241-12-1; • Контроллер OMNI-3000, зав. № 32744; • Плотномер Solartron 7835, зав. № 8001819; • Плотномер Solartron 7835B, зав. № 354344	3.7.АЗЕ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЗЕ.0001.2021	АО «АНХК», ИНН ИНН 3801009466

¹ МАИ – межаттестационный интервал