

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» декабря 2021 г. № 3025

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 0,1 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 7,0 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная SY8618, зав. № 07-318, вкл.: • мерные баки двухсекционные с номинальным значением объема 20 дм³ (2 секции по 10 дм³), зав. № 07-318.М.01, зав. № 07-318.М.03; • мерные баки двухсекционные с номинальным значением объема 100 дм³ (2 секции по 50 дм³),	3.7.АЗГ.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АЗГ.0002.2021	ОАО «НПП КП «Квант», ИНН 6152001056

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		зав. № 07-318.M.02, зав. № 07-318.M.04; • ротаметры LZB-15, зав. № 07-318.LZB.1.1, зав. № 07-318.LZB.2.1; • ротаметры LZB-25, зав. № 07-318.LZB.1.2, зав. № 07-318.LZB.2.2; • ротаметры LZB-50, зав. № 07-318.LZB.1.3, зав. № 07-318.LZB.2.3.				
--	--	--	--	--	--	--