

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «28» декабря 2021 г. № 3062

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы ускорения при ударном движении 2-го разряда в диапазоне значений от 40 до 5000 м/с ²	• Установка ударная поверочная, УУП-2, зав.№ 0001341920; • Акселерометр пьезоэлектрический, 4384, зав.№ 30910; • Усилитель измерительный, Nexus 2692, зав.№ 2831458; • Осциллограф цифровой запоминающий, TDS2002, зав. № С39936	3.1.ZTT.0030.2021	12	ПрС- 3.1.ZTT.0030.2021	ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249

¹ МАИ – межаттестационный интервал