

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» декабря 2021 г. № 3076

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда в диапазоне значений от 6040 до 6080 м/с, единицы длины в диапазоне значений от 0,5 до 300,0 мм	• Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180, набор № 3, зав. № 11; • Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180, набор № 4, зав. № 11.	3.7.АЖР.0002.2021	36	ПрС- 3.7.АЖР.0002.2021	ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ИНН 7449006730

¹ МАИ – межаттестационный интервал