

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» января 2022 г. № 36

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массового расхода газожидкостных смесей 2 разряда в диапазоне значений единицы массового расхода жидкости в составе газожидкостных смесей от 2,4 до 1500 т/сут, единицы объемного расхода газа в составе газожидкостных смесей, приведенного к стандартным условиям, от 2,4 до 16000 м ³ /сут	Установка поверочная газожидкостных смесей УПМП-1500, зав.№ 01., включающая: •счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО- Фломак, зав. № 0420; •счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО- Фломак, зав. № 0171; •счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО- Фломак, зав. № 2259; •датчик расхода газа ДРГ.М-160 И, зав. № 52202; •датчик расхода газа ДРГ.М-160/80 И, зав. № 52203; •датчик расхода газа ДРГ.М-800 И, зав. № 52203	3.7.АБЕ.0007.2022	12	ПрС- 3.7.АБЕ.0007.2022	АО «ИПФ «СиБНА», ИНН 7203069360

¹ МАИ – межаттестационный интервал