

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» января 2022 г. № 87

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м ³	• Установка гидростатического взвешивания УГВ, зав. № 5; • Эталонная мера плотности, зав. № 13(2007 г.); • Эталонная мера плотности, зав. № 14(2007 г.); • Эталонная мера плотности, зав. № 15(2007 г.); • Эталонная мера плотности, зав. № 191104; • Термометр сопротивления эталонный ЭТС-25, зав. № 30; • Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный Теркон, зав. № 836623; • Весы лабораторные АВ 310-01, зав. № 8406; • Набор гирь (1мг-100г), Е₂, зав. № 25525037.	2.1.ZBY.1101.2022	24	ПрС- 2.1.ZBY.1101.2022	ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», 6453010343

¹ МАИ – межаттестационный интервал