

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «20» января 2022 г. № 115

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы виброперемещения 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 2500 мкм, единицы виброскорости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 1500 мм/с, единицы виброускорения 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 1000 м/с ² , при прямолинейном колебательном движении твёрдого тела в диапазоне частот от 5 до 1·10 ⁴ Гц	• Вибрационная испытательная система, Tira TV50018, зав. № 280/16; • Анализатор спектра, ZET 017-U8, зав. № 1608; • Вибропреобразователь эталонный пьезоэлектрический, AP-10, зав. № 0001; • Усилитель заряда, AP5000-001, зав. № 6008; • Усилитель заряда, AP5000-001, зав. № 6009	3.7.АЗЦ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АЗЦ.0001.2022	АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ИНН 1827001683

¹ МАИ – межаттестационный интервал