

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «20» января 2022 г. № 117

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единицы молярной доли компонентов в газовых смесях в диапазоне значений от 0,001 % до 97 %	• Весы лабораторные XP Analytica мод. XP 205, зав. № B044082206; • Компаратор массы CCE40K3, зав. № 32301630; • Весы лабораторные электронные CUBIS мод. MSE 524S-1CE-DU, зав. № 32606242; • Весовая установка HCE-10, зав. № R0204; • Весовая установка HCE-25G, зав. № R0608;	2.7.A3X.0001.2022	12	ПрС- 2.7.A3X.0001.2022	ООО «ПГС-сервис», ИНН 6609009040

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Весы электронные GP-20K, зав. № 14720230; • Весы электронные GP-12K, зав. № 14700703; • Набор гирь (10 мг – 500 мг) E₂, зав. № 37125137; • Набор гирь (10 мг – 500 мг) E₂, зав. № 38325660 Вспомогательное техническое средство: • Газосмесительная установка ГСУ, зав. № б/н.				
--	--	--	--	--	--	--