

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «20» января 2022 г. № 119

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы средней скорости водного потока в диапазоне значений от 0,06 до 2,5 м/с	• Установка компараторная для поверки гидрометрических вертушек, УКПГВ, зав. № 02; • Вертушка гидрометрическая, ГР-21М, зав. № 131; • Вертушка гидрометрическая, ГР-21М, зав. № 1207; • Вертушка гидрометрическая, ГР-55, зав. № 285; • Вертушка гидрометрическая, ГР-55, зав. № 302; • Измеритель скорости водного потока, ИСВП-ГР-21М1, зав. № 0702; • Измеритель скорости водного потока, ИСВП-ГР-21М1, зав. № 0704; • Измеритель скорости потока, ИСП-1М, зав. № 1968; • Измеритель скорости потока, ИСП-1М, зав. № 1989	3.1.БТЦ.0071.2022	24	ПрС- 3.1.БТЦ.0071.2022	ФГБУ «Центральное УГМС», ИНН 7703782266

¹ МАИ – межаттестационный интервал