

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «20» января 2022 г. № 120

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 99,9%	Установка поверки поточных влагомеров нефти УПВ-М-100- Р-100, зав. № 18, включающая: • Весы ATL-6200d2-1, зав. № 22106269; • Ареометр стеклянный для нефти АНТ-1, зав. №№ 48916, 22727, 79109, 40808; • Манометр МТП-1М, зав. № 009; • Термометр ТЛ-4, зав. № 536; • Влагомер эталонный	3.7.ННН.0003.2022	24	ПрС- 3.7.ННН.0003.2022	ООО «Татинтек» ИНН: 1644055843

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		лабораторный товарной нефти ЭУДВН-1л, зав. №№ 673, 1007-30; • Термопреобразователь ДТС, зав. № 10947091107221866; • Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ-1, зав. № 03764091002144563				
--	--	--	--	--	--	--