

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «20» января 2022 г. № 121

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 136 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 550 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 550 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 12 до 550 м ³ /ч	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ», зав. № 130052 вкл.: • весовое устройство ВУ-1,5Т, НПВ 1200 кг, зав. № 126904; • весовое устройство ВУ-5Т, НПВ 4200 кг, зав. № 130431; • расходомер- счетчик электромагнитный	3.7.BBV.0010.2022	12	ПрС- 3.7.BBV.0010.2022	НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», ИНН 8602060555

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		«ВЗЛЕТ ТЭР, DN65, зав. № 100361; - расходомер- счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», DN150, зав. № 800189; - счетчики- расходомеры массовые MicroMotion CMF025M, DN6, зав. № 14351322; - счетчики- расходомеры массовые MicroMotion CMF050M, DN15, зав. № 14358775; - счетчики- расходомеры массовые MicroMotion CMF100M, DN25 зав. № 14356737; - счетчики- расходомеры массовые MicroMotion CMF200M, DN50, зав. № 14149156; - счетчики-				
--	--	--	--	--	--	--

		расходомеры массовые MicroMotion CMF200M, DN50, зав. № 14163960; • счетчики- расходомеры массовые MicroMotion CMF300M, DN80, зав. № 14170926				
--	--	---	--	--	--	--