

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» января 2022 г. № 128

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 3000 кг/м ³	• Установка гидростатического взвешивания УГВ, зав. № б/н; • Эталонная мера плотности жидкости, зав. № 4Д 2001 г.; • Эталонная мера плотности жидкости, зав. № 6 2002 г.; • Эталонная мера	2.1.ZAM.2220.2022	24	ПрС- 2.1.ZAM.2220.2022	ФБУ «ЦСМ Татарстан», ИНН 1660000697

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		плотности жидкости, зав. № 201102; • Эталонная мера плотности жидкости ЭМП-М- 3, зав. № 210409; • Весы- компаратор АХ, мод. АХ304, зав. № 60470; • Набор гирь (1г- 500г) класса точности Е₂, зав. № 28925636; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ мод. ПТСВ-1-2, зав. № 1426; • Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ2 мод. МИТ 2.05М, зав. № 471.				
--	--	---	--	--	--	--