

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» января 2022 г. № 135

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы объема газа 1 разряда в диапазоне значений от 10 до 50 дм ³	Мерник колокольный газовый 2 разряда объемом 50 дм ³ , зав. № 5	3.1.БТУ.0140.2022	12	ПрС- 3.1.БТУ.0140.2022	ФГБУ «Уральское УГМС», ИНН 6685025156

¹ МАИ – межаттестационный интервал