

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» января 2022 г. № 136

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 1 разряда единицы объемной доли компонентов в газовых смесях в диапазоне значений от 0,00005 % до 99,5 %	- Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк – Кристалл 5000», исполнение 1 (ДТП/ТХД/ПВД + метанатор), зав. № 3366; - Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк – Кристалл 5000», исполнение 1 (ГИД/ГИД), зав. №	3.7.АЗЧ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АЗЧ.0001.2022	ООО «НИИ КМ», ИНН 7706130928

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		6532; • Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк – Кристалл 5000», исполнение 1 (ДТП/ДТП/ПИД + метанатор), зав. № 151508; • Газоанализатор кислорода «Оксид-01», зав. № 01-2012; • Фурье-спектрометр инфракрасный ФСМ 1201, зав. № 120388; • Газоанализатор оптико-абсорбционный «ОАС 3757», модификация 1, зав. № 071701; • Хроматограф аналитический газовый «Кристаллюкс-4000М» (ДТП), зав. № 2138; • Хроматограф аналитический газовый «Кристаллюкс-4000М» (ДТП/ТХД), зав. № 2139; • Установка криоконцентрирования УКК-6, зав. № 04.				
--	--	---	--	--	--	--