

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» января 2022 г. № 153

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряды номинального значения 6060 м/с, единицы длины номинальных значений 300, 400, 500 мм	Калибровочный образец для поверки ультразвуковых толщиномеров КОУТ, зав. № 9, 10, 11.	3.1.ZГA.1709.2022	36	ПрС- 3.1.ZГA.1709.2022	ФБУ «Челябинский ЦСМ», ИНН 7453042996

¹ МАИ – межаттестационный интервал