

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» января 2022 г. № 154

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы индуктивности 2 разряда в диапазоне номинальных значений от 1 мкГн до 1 Гн	Меры индуктивности Р596, зав. № 97, 1492, 150, 747, 755, 206, 1767, 427, 508, 785, 23, 49, 70, 1587, 1288, 1905, 3381, 694.	3.1.ZTT.0031.2022	12	ПрС- 3.1.ZTT.0031.2022	ФБУ «Ростест-Москва», ИНН 7727061249

¹ МАИ – межаттестационный интервал