

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» января 2022 г. № 198

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы импульсного давления 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 100 МПа	Основное оборудование эталона: Установка воспроизведения единицы импульсного давления АР8009, зав. № 01, в составе: • датчик давления 136А, зав. № 448; • двухлинейный коллектор 913, зав. № б/н; • устройство для воспроизведения необходимого уровня механического воздействия на гидравлическую систему, зав. № б/н; • усилитель измерительный АР5200-4, зав. № 20013; • преобразователь напряжения измерительный АР6300, зав. № 9149. Вспомогательное оборудование эталона: • ноутбук, зав. № б/н.	3.7.АЗШ.0001.2022	12	ПрС- 3.7.АЗШ.0001.2022	ООО «ГлобалТест», ИНН 5254021532

¹ МАИ – межаттестационный интервал