

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» января 2022 г. № 204

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц длины в диапазоне значений от 0,001 до 252 мм, скорости в диапазоне значений от 0,01 до 780 мм/с и ускорения в диапазоне значений от 0,01 до 850 м/с ² при прямолинейном колебательном движении твердого тела в диапазоне частот от 0,1 до 20000 Гц	• Установка для поверки и калибровки виброизмерительных преобразователей 9155, зав. № 1807-0x186D; • Универсальный лазерный виброметр Vibroflex VFX-F-110, зав. № 0327757; • Акселерометр 353B04, зав. № LW220731.	2.7.АЗЦ.0001.2022	24	ПрС- 2.7.АЗЦ.0001.2022	ООО «Первый Метрологический Центр», ИНН 9715325155

¹ МАИ – межаттестационный интервал