

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» января 2022 г. № 206

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 1 разряда единиц мощности кермы в воздухе и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения	•Источник гамма-излучения на основе радионуклида ^{137}Cs ИГИ-Ц-3-2, зав. № 4К1; •Источник гамма-излучения на основе радионуклида ^{60}Co КМ 82066522, зав. № 484.	3.1.ZСП.1607.2022	36	ПрС- 3.1.ZСП.1607.2022	ФБУ «Тест-С.-Петербург», ИНН 7809018702

¹ МАИ – межаттестационный интервал