

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» февраля 2022 г. № 237

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы освещенности в диапазоне значений от 2 до 500 лк	• Фотоэлементы Ф 55С, зав. № 3118-1; 3793-2; • Микроамперметр Ф 195, зав. № 5009.	3.1.ZCE.1528.2022	12	ПрС- 3.1.ZCE.1528.2022	ФБУ «УРАЛТЕСТ», ИНН 6662005668

¹ МАИ – межаттестационный интервал