

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» февраля 2022 г. № 239

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы активности радионуклидов 1 разряда в диапазоне номинальных значений от 28,5 до 130,8 Бк, единицы потока альфа-частиц 1 разряда в диапазоне номинальных значений от 14,3 до 65,4 с ⁻¹	- Спектрометрический источник альфа-излучения типа ОСАИ, зав. № П8-540; - Спектрометрический источник альфа-излучения типа ОСАИ, зав. № П9-1059; - Спектрометрический источник альфа-излучения типа ОСАИ, зав. № УЗП8П9К4-136.	3.7.АВЯ.0004.2022	24	ПрС- 3.7.АВЯ.0004.2022	ООО «ИЗОТОП РК», ИНН 7735127905

¹ МАИ – межаттестационный интервал